订货信息

气切插管

型号	规格
PW04-T-60	内径6.0mm
PW04-T-65	内径6.5mm
PW04-T-70	内径7.0mm
PW04-T-75	内径7.5mm
PW04-T-80	内径8.0mm
PW04-T-85	内径8.5mm
PW04-T-90	内径9.0mm
PW04-T-100	内径10.0mm

可吸痰气切插管(吸痰管隐蔽在管壁内)

型号	规格
PW04-S-60	内径6.0mm
PW04-S-65	内径6.5mm
PW04-S-70	内径7.0mm
PW04-S-75	内径7.5mm
PW04-S-80	内径8.0mm
PW04-S-85	内径8.5mm
PW04-S-90	内径9.0mm
PW04-S-100	内径10.0mm

QA med 全安医疗

上海全安医疗器械有限公司
地址:上海市闵行区景联路328号6幢2楼
电话:021-64348830
网址:www.qamedicalco.com

QA03PW02-1809-V3

关于全安医疗

全安医疗,专注于一次性无菌医疗器械耗材的研发、生产和销售。结合专业设计研发团队,持续有效的管理体系和品质保障的制造工艺,产品保持行业领先。

更有**PURE(P**rofessional 专业/ **U**pgrade 升级/ **R**eliable 可靠/ **E**conomy 经济)系列创新产品,为中国医患带来专业、升级、可靠、经济的医疗产品。

产品资料信息如有更新,恕不另行通知。

QA med 全安医疗

全安气切插管

普通气切插管

产品特点：

- 管身由热敏性PVC材质构成，便于置管，患者体验更舒适
- 高容量低压力气囊，降低呼吸道损伤
- 压力指示球囊可以从体外感受内部气囊的压力
- 透明弹性固定翼，材质柔软，贴合皮肤
- 105度管身弯曲，更符合人体生理解剖结构
- 手工打磨楔形前端，与橄榄头内芯连接顺滑，置管过程不易损伤气道

全安气切插管

可吸痰气切插管

呼吸机相关性肺炎诊断、预防和治疗指南（2013）

呼吸道分泌物可聚集于气管插管气囊上方，造成局部细菌繁殖，分泌物可顺气道进入肺部，导致肺部感染。因此采用声门下分泌物持续吸引和间断吸引，均可明显降低VAP*的发病率，可有效预防肺部感染。

建立人工气道，在预期机械通气时间超过72小时的患者，应行声门下分泌物吸引。

建立人工气道患者应行声门下分泌物吸引（1 B）。

产品特点：

- 在普通型气管切开插管的基础上增加了囊上吸痰口，吸痰管及吸引管路
- 在气囊上方的侧面开孔，设计了特殊隐蔽的吸痰管路
- 产品型号齐全，具有半号管径产品
- 可配套经皮气切套装使用

可吸痰气切插管三种吸痰方式

1. 注射器吸痰
2. 持续性吸痰
3. 间歇性吸痰

特色配件 —— 弹性固定带

- 棉质固定带，舒适柔软，不刺激皮肤
- 弹力绷带设计，松紧自由调节，减少患者的不适感

* **呼吸机相关性肺炎(ventilator-associated pneumonia, VAP)** 是患者接受机械通气48 h后所并发的肺实质感染。VAP是机械通气过程中常见而又严重的并发症之一，其发生率根据诊断标准、患者群体等的不同可达9%—70%[1]。患者一旦发生VAP，则易造成脱机困难，从而延长住院时间，增加住院费用，严重者甚至威胁患者生命，导致患者死亡。Cook[2] 和Morehead等[3] 报道，VAP的病死率为20%—71%。国内文献报道，VAP的患病率为43. 1%，病死率为51. 6%[4]。

参考文献：
[1] Bauer TT, Ferrer R, Angrill J, et, al.Ventilator-associated Pneumonia:incidence, risk factors, and microbiology[J]. Sem in Respir Infect, 2000, 15(4):272-279.
[2] Cook D.Ventilator associated pneumonia:perspectiveson the burdeno fillness[J].Intensive Care Med, 2000, 26(Suppl 1):S31-S37.
[3] Morehead RS, Pinto SJ.Ventilator-associated pneumonia[J].Arch Intem Med, 2000, 160(13):1926—1936.
[4]陈鸣中, 府伟灵, 陈依赐. 呼吸机相关肺炎的流行病学分析[J]. 中华医院感染学杂志, 1998,8(1):212—103.